

SDS1000X 升级步骤

升级最新固件，可以为您的仪器提供更稳定的性能和更丰富的功能体验

1. 将压缩包内的固件升级文件 (.ads) 解压到 U 盘中；
2. 将 U 盘插入示波器前面板的 USB 接口中；
3. 按前面板的 Utility 按键，按菜单提示进入 Page 3/3 ；
4. 按“升级”，然后选择“升级固件”进入文件浏览窗口；
5. 使用万能旋钮 (Intensity/Adjust) 选择正确的 ads 文件，然后选择“按下升级操作”，按仪器提示按下 Single 键启动升级。升级过程会出现进度条提示，整个过程大约持续 5-6 分钟；
6. 升级完成后会提示“更新成功！请重启示波器！”，此时重启示波器即可完成升级。

注意：升级过程中请勿断电或拔出 U 盘，否则可能造成仪器升级失败，从而导致无法开机